

分析报告单



品名: 溴甲酚绿
批号: 20120928
级别: 指示剂
检验依据: HG/T 4017-2008
分子式: $C_{21}H_{14}O_5Br_4S$
分子量: 698.02
检验日期: 2012-09-28

检 验 项 目	指 标	检验结果
pH变色域	3.8(黄绿)~5.4(蓝)	合格
最大吸收波长, nm		
λ_1 (PH3.8)	440~445	合格
λ_2 (PH5.4)	615~618	合格
乙醇溶解试验	合格	合格
质量吸收系数, L/cm·g		
α_1 (λ_1 PH3.8, 干品)	24~28	合格
α_2 (λ_2 PH5.4, 干品)	53~58	合格
干燥失重	≤3.0%	<3.0%
灼烧残渣(以硫酸盐计)	≤0.25%	<0.25%

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 黄 美

检验人: 邱伟松