

分析报告单



品名: 中性红
批号: 20161115
级别: 指示剂
检验依据: Q/GHKJ 289-2014
分子式: $C_{15}H_{17}ClN_4$
分子量: 288.78
检验日期: 2016-11-15

检 验 项 目	指 标	检 验 结 果
pH值变色范围	6.8(红)~8.0(黄)	合格
灵敏度试验	合格	合格
乙醇溶解试验	合格	合格
灼烧残渣(以硫酸盐计)	≤2%	<2%

结论: 符合指示剂规定。

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 周一朗

检验人: 詹碧珠