

分析报告单  
检验专用章  
(1)

品名: 异丙醚  
批号: 20170718  
级别: 分析纯  
检验依据: Q/GHKJ 593-2015  
分子式:  $C_6H_{14}O$   
分子量: 102.17  
检验日期: 2017-07-18

检 验 项 目	分析纯	化学纯	检验结果
含量( $C_6H_{14}O$ )	$\geq 98.0\%$	$\geq 97.0\%$	99.5%
密度(20℃), $\rho / (g/mL)$	0.722~0.725	0.722~0.726	合格
折光率( $n_D$ )	1.368~1.369	-	合格
蒸发残渣	$\leq 0.01\%$	$\leq 0.01\%$	$< 0.01\%$
游离酸(以H <sup>+</sup> 计), b/(mmol/g)	$\leq 0.0030$	$\leq 0.0035$	$< 0.0030$
羰基化合物(以CO计)	$\leq 0.001\%$	$\leq 0.002\%$	$< 0.001\%$

结论: 符合分析纯规定。

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 周一朗

检验人: 何恒达