



品名: 氯化钠
批号: 20200525
级别: 优级纯
检验依据: GB/T 1266-2006
分子式: NaCl
分子量: 58.44
检验日期: 2020-05-25

检验项目	指标	检验结果
含量(NaCl), %	≥ 99.8	99.9
pH值(50g/L;25°C)	5.0~8.0	合格
澄清度试验, 号	≤ 2	< 2
水不溶物, %	≤ 0.003	< 0.003
干燥失量, %	≤ 0.2	< 0.2
碘化物(I), %	≤ 0.001	< 0.001
溴化物(Br), %	≤ 0.005	< 0.005
硫酸盐(SO ₄), %	≤ 0.001	< 0.001
总氮量(N), %	≤ 0.0005	< 0.0005
磷酸盐(PO ₄), %	≤ 0.0005	< 0.0005
砷(As), %	≤ 0.00002	< 0.00002
镁(Mg), %	≤ 0.001	< 0.001
钾(K), %	≤ 0.01	< 0.01
钙(Ca), %	≤ 0.002	< 0.002
六氰合铁(II)酸盐 [以Fe(CN) ₆ 计], %	≤ 0.0001	< 0.0001
铁(Fe), %	≤ 0.0001	< 0.0001
钡(Ba), %	≤ 0.001	< 0.001
重金属(以Pb计), %	≤ 0.0005	< 0.0005
氟化物(F), %	≤ 0.001	< 0.001
镍(Ni), %	≤ 0.0001	< 0.0001
铜(Cu), %	≤ 0.00003	< 0.00003
碘化钠(NaI), %	≤ 0.1	< 0.1

结论：本品按 GB/T 1266-2006 检验,结果符合 优级纯 规定.

备注：

签发人： 张志斌

复核人： 周一朗

检验人： 杨祥



品 名: 氯化钠
批 号: 20200525
级 别: 优级纯
检验依据: GB/T 1266-2006
分 子 式: NaCl
分 子 量: 58.44
检验日期: 2020-05-25

检验项目	指标	检验结果
卤化物(溴化物、碘化物、氟化物, 除氯化物外), %	≤ 0.05	< 0.05
抗凝结剂	不得检出	未检出
总杂质, %	≤ 0.3	< 0.3
以下空白		

结论： 本品按 GB/T 1266-2006 检验,结果符合 优级纯 规定.

备注：

签发人： 张志斌

复核人： 周一朗

检验人： 杨祥