



品 名： 三水合乙酸钠
批 号： 20210804
级 别： 分析纯
检验依据： GB/T 693-1996
分 子 式： $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$
分 子 量： 136.08
检验日期： 2021-08-04

检验项目	指标	检验结果
含量($\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) , %	≥ 99.0	99.9
pH值(50g/L溶液;25℃)	7.5~9.0	合格
澄清度试验 , 号	≤ 3	<3
水不溶物 , %	≤ 0.002	<0.002
氯化物(Cl) , %	≤ 0.001	<0.001
硫酸盐(SO_4) , %	≤ 0.005	<0.005
磷酸盐(PO_4) , %	≤ 0.0002	<0.0002
铝(Al) , %	≤ 0.0005	<0.0005
钙(Ca) , %	≤ 0.002	<0.002
铁(Fe) , %	≤ 0.0002	<0.0002
铜(Cu) , %	≤ 0.0005	<0.0005
铅(Pb) , %	≤ 0.0005	<0.0005
还原高锰酸钾物质(以HCOOH计) , %	≤ 0.01	<0.01
以下空白		

结论： 本品按 GB/T 693-1996 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 陈焕裕