



品 名： 氟化铵  
批 号： 20211009  
级 别： 分析纯  
检验依据： GB/T 1276-1999  
分 子 式：  $NH_4 F$   
分 子 量： 37.04  
检验日期： 2021-10-09

检验项目	指标	检验结果
含量( $NH_4 F$ ) , %	$\geq 96.0$	96.1
澄清度试验 , 号	$\leq 4$	<4
灼烧残渣(以硫酸盐计) , %	$\leq 0.02$	<0.02
游离酸(以 $NH_4 HF_2$ 计) , %	$\leq 0.5$	<0.5
游离碱	合格	合格
氯化物(Cl) , %	$\leq 0.005$	<0.005
硫酸盐( $SO_4$ ) , %	$\leq 0.01$	<0.01
氟硅酸盐( $SiF_6$ ) , %	$\leq 0.30$	<0.30
铁(Fe) , %	$\leq 0.002$	<0.002
重金属(以Pb计) , %	$\leq 0.001$	<0.001
以下空白		

结论： 本品按 GB/T 1276-1999 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 陈家添