



品名：环己酮
批号：20210206
级别：分析纯
检验依据：HG/T 3455-2014
分子式： $C_6H_{10}O$
分子量：98.14
检验日期：2021-02-06

检验项目	指标	检验结果
含量($C_6H_{10}O_4$)，%	≥ 99.5	99.8
折光率(n ₂₀ /D)	1.450~1.451	合格
与水混合试验	合格	合格
蒸发残渣，%	≤ 0.05	< 0.05
酸度(以H ⁺ 计)，mmol/g	≤ 0.0015	< 0.0015
水分(H ₂ O)，%	≤ 0.15	< 0.15
以下空白		

结论：本品按 HG/T 3455-2014 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人：张志斌

复核人：周一朗

检验人：徐佳璇