



品 名： 次氯酸钠溶液
批 号： 20210618
级 别： 分析纯
检验依据： Q/GHKJ 210-2017
分 子 式： NaClO
分 子 量： 74.44
检验日期： 2021-06-18

| 检验项目 | 指标 | 检验结果 |
|----------------|---------------|------------|
| 活性氯， % | ≥ 5.5 | 10.8 |
| 游离碱(以NaOH计)， % | 0.1~1.0 | 合格 |
| 铁(Fe)， % | ≤ 0.003 | < 0.003 |
| 砷(As)， % | ≤ 0.0005 | < 0.0005 |
| 重金属(以Pb计)， % | ≤ 0.002 | < 0.002 |
| 以下空白 | | |

结论： 本品按 Q/GHKJ 210-2017 检验, 结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 陈林青