



品 名： 次氯酸钠溶液
批 号： 20210912
级 别： 分析纯
检验依据： Q/GHKJ 210-2017
分 子 式： NaClO
分 子 量： 74.44
检验日期： 2021-09-12

检验项目	指标	检验结果
活性氯， %	≥ 5.5	10.6
游离碱(以NaOH计)， %	0.1~1.0	合格
铁(Fe)， %	≤ 0.003	< 0.003
砷(As)， %	≤ 0.0005	< 0.0005
重金属(以Pb计)， %	≤ 0.002	< 0.002
以下空白		

结论： 本品按 Q/GHKJ 210-2017 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 陈康蓉